

## 附件 2

### 辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

#### 建设工程质量检测机构资质审批 行政审批事项

受理单编号：2021010101

申请技术审查时间：2021 年 04 月 30 日

技术审查项目名称	丹东东宇混凝土有限公司宽甸分公司-预拌混凝土检测资质-延期
申请人	刘强
技术审查部门	辽宁省住房和城乡建设厅科技处
审查时限	自受理申请之日起 <u>20</u> 个工作日内提出审查意见。
技 术 审 查 意 见	<p>经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题：</p> <p>一、设备</p> <p>1、未提供水泥试模、250mL 李氏比重瓶、混凝土试模、混凝土抗渗试模、砂石套筛、针片状规准仪、雷氏夹测定仪、压碎值测定仪、坍落度筒、钢直尺、含气量测定仪检定/校准证书或承诺函。</p> <p>2、资质申请表表八中上述设备填写不全。</p>
备注	技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。
专家签字	